

検査内容変更延期のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

下記検査項目につきまして、弊社Information No.2018-1で従来試薬と同等性能を持ち、汎用機器に対応できる試薬への変更をご案内させていただきましたが、急遽、試薬メーカー（株式会社 医学生物学研究所）より新試薬が出荷規格を満たすことができず、供給遅延となる旨の連絡が入りました。

これに伴い、やむを得ず弊社でも下記日程にて実施予定の検査内容変更を延期させていただきますので、とり急ぎお知らせ申し上げます。

先生方には誠にご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。

謹白



項目名

● 免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比（FLCκ/λ比）（依頼コードNo.05880）

2018年4月2日(月)受付分より変更予定を延期

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市的場1361-1

☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル



受託要領

	継続する現行法内容	延期する検査内容
依頼コードNo.	05880	同左
検査項目名	免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比	同左
統一コード	5A141-0000-023-063	5A141-0000-023-061
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.5mL	同左
容器	B-1→S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	2～8	2～3
検査方法	ネフェロメトリー法	免疫比濁法
基準値	遊離L鎖κ: 3.3～19.4 遊離L鎖λ: 5.7～26.3 κ/λ比 : 0.26～1.65	同左
単位	遊離L鎖κ: mg/L 遊離L鎖λ: mg/L κ/λ比 : なし	同左
報告桁数	小数第1位(κ/λ比は小数第2位)	同左
報告範囲	遊離L鎖κ: 0.3未満～最終値 遊離L鎖λ: 0.3未満～最終値 κ/λ比 : 0.01未満～最終値	遊離L鎖κ: 0.5未満～最終値 遊離L鎖λ: 0.5未満～最終値 κ/λ比 : 0.01未満～最終値
検査実施料/判断料	400点/144点(免疫学的検査)	同左
備考	※遊離L鎖κ、遊離L鎖λのいずれかが0.3未満の場合、κ/λ比は「換算不可」と報告させていただきます。	※遊離L鎖κ、遊離L鎖λのいずれかが0.5未満の場合、κ/λ比は「計算不可」と報告させていただきます。

※ 変更時には再度ご案内申し上げます。