



検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
 この度、下記項目につきまして、検査委託先(株式会社 LSIメディエンス)より検査内容変更の連絡が入りました。
 これに伴い、弊社でも下記日程にて検査内容を変更させていただきます。
 先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。
 謹白



項目名	総合検査案内 2017: 63ページ掲載
● オリゴクローナルバンド/等電点電気泳動法	(依頼コード No.02137)
変更日	2018年3月31日(土) 受付分より

●変更内容：従来試薬販売中止に伴い、測定試薬を変更いたします。

依頼コードNo.	検査項目名	変更箇所	新	従来
02137	オリゴクローナルバンド/ 等電点電気泳動法	検査方法 試薬	等電点電気泳動法 (ヘレナ研究所)	等電点電気泳動法 (GEヘルスケア・ジャパン)

【関連】

		従来		
		陽性	陰性	計
新	陽性	64	7	71
	陰性	2	52	54
	計	66	59	125

陽性一致率：97.0% (64/66)
 陰性一致率：88.1% (52/59)
 判定一致率：92.8% (116/125)

(委託先検討データ)

