



## 特異的 IgE エビ(略号 ; f24 ) 試薬変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、標記項目につきまして、試薬メーカーより原料の変更連絡が来ており、弊社でも下記の日程より変更させていただきます。従来試薬は販売中止となります。

なお、この変更に伴う検査方法、単位等の変更はございません。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白



### 項目名

特異的 IgE エビ  
(CAP シングルアレルゲン)

(依頼コード No. 4664)

変更日 2012年7月2日(月) 受付分より

### 変更内容

原料が4種類のエビの配合になり、検出率の向上が期待されます。

新試薬 (f24 の原料)	従来試薬 (f24 の原料)
ホッコクアカエビ ブラックタイガー シバエビ アカエビ	ホッコクアカエビ

### 新試薬と従来試薬の一致率

陰性一致率 : 23 / 25 = 92.0%

陽性一致率 : 52 / 55 = 94.5%

		n = 100							
新試薬 (f24 エビ)	6							1	2
	5						2	2	
	4					1	13		
	3			1	2	14			
	2			4	15				
	1	2		11	3				
	0	23		4					
	クラス	0	1	2	3	4	5	6	
		従来試薬 (f24 エビ)							

自社検討資料

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所 : 〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

電子カルテはビー・エム・エル

**Qualis**  
Medical Station