

測定機器及び試薬変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目で使用している測定機器の製造販売中止に伴い、測定機器を更新するとともに測定試薬も変更させていただきます。

なお、変更後の測定試薬は測定原理、測定方法に変更はございません。

また、この変更に伴う受託要領の変更はございません。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



項目名

総合検査案内 2022 : 3, 59 ページ掲載

● SP-D(肺サーファクタント蛋白D)

(依頼コード No.09423)

変更日 2023年1月5日(木) ご依頼分より

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社 : 〒 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-3

総合研究所 : 〒 350-1101 埼玉県川越市的場 1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book




電子カルテはビー・エム・エル



受託要領

	新	従来
依頼コードNo.	09423	同左
検査項目名	SP-D	同左
統一コード	3F253-0000-023-052	同左
検体必要量	血清 0.3mL	同左
容器	B-1→S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	2~3	同左
検査方法	CLEIA法	同左
基準値	110.0未満	同左
単位	ng/mL	同左
報告範囲	15.0未満~100000以上	同左
報告桁数	小数第1位	同左
検査実施料/判断料	136点/144点(生化学的検査(I))	同左

相関図



自社検討資料