

## TARC検査 採血容器に関するご注意

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、試薬製造販売元(シスメックス株式会社)より、下記項目の採血容器につきまして  
注意喚起の連絡がございましたのでご案内いたします。

謹白



### 項目名

総合検査案内 2024:63 ページ掲載

### TARC

(依頼コード No.07958)

- 試薬製造販売元より、本検査の採血容器につきまして、  
「トロンビン入りの採血管は測定値に影響を与えるおそれがあるため使用しないでください」  
との連絡がございました。  
トロンビン入り採血管のご使用は避けていただきますようお願い申し上げます。

